



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000727.08.26 ОТ 10.08.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Рентгенодиагностический кабинет ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. Великой Победы, д. 38 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, 347360, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ВОЛГОДОНСК, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" Глава X СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №01.4-20/4043 от 24.07.2026г. ФБУЗ "ЦГиЭ в РО", протоколы лабораторных испытаний №5100 от 13.07.2026г., №5101 от 13.07.2026г. ЛПК ООО "ВитаРент".



Заключение действительно до

09.08.2031 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3855834



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61. РЦ.10.000.М.000727.08.26 ОТ 10.08.2026 г.

Эксплуатация, в т.ч. хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» В Г. ВОЛГОДОНСКЕ.
2. Адрес юридический: 347360, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ВОЛГОДОНСК, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76А; адрес фактический: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. Великой Победы, д. 38.
3. Подразделение учреждения, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический кабинет

Вид и характер ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
1. Работы с открытыми ИИИ 2. Работы с закрытыми ИИИ	Не проводятся Не проводятся	- -	- -
3. Работы с генерирующими ИИИ: - аппарат рентгеновский цифровой панорамный «Green X 18» с функцией компьютерного томографа, модели: PHT-75CHS, зав.№085-007101, (99кВ), год выпуска 2025, год установки 2026.	Эксплуатация (рентгенологические исследования), хранение	Рентгенодиагностический кабинет (каб.№21), стоматологическая поликлиника, одноэтажная пристройка	При соблюдении дозиметрического контроля
4. Другие работы с ИИИ.	Не проводятся	-	-

Действительно до: 09.08.2031г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ковалев Е.В.

Ф. И. О. подпись, печать

№ 0909994